

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji) na dostawę aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni inteligentnych systemów wizyjnych i interfejsów użytkownika ZUT w Szczecinie: zestaw do prototypowania obwodów elektronicznych. Znak (numer referencyjny): ZP/WIMiM/824/IV/2021/2022.

Załącznik nr 2C SWZ

Opis techniczno-zakresowy przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 3

PRASA PNEUMATYCZNA

Prasa pneumatyczna z regulowaną temperaturą płyty grzejnej górnej i dolnej w zakresie minimum od 30°C do 320°C, o wymiarach płyty grzejnej min. 450mm x 290mm, o sile nacisku minimum 3T z regulacją temperatury oraz ciśnienia z poziomu ekranu dotykowego urządzenia oraz z komputera zewnętrznego. **Urządzenie powinno mieć gabaryty umożliwiające jego transport przez drzwi o szerokości 88cm i wysokości 197cm.**

Szczegóły dotyczące minimalnego zakresu realizacji ww. dostawy określają zapisy działu V ust. 6 i 7 specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz załącznika nr 5C SWZ (Wzór Umowy dla Zadania nr 3).